

Checklista Ny standardkoppling för Spinal, Epidural och nervblockad införs i Region Värmland! NRFit, ISO80369-6

I region Värmland genomförs införandet av NRFit- standard den 21/10 kl 08:00. Därefter kommer produkter med Luerfattning för epidural, spinal, perifera blockader och sårblockader att utgå ur sortimentet.

Vilka åtgärder behöver berörda verksamheter genomföra?

- Inventera avdelningens förråd, och identifiera de produkter som berörs av den nya standarden. Använd sortimentsvägledning NRFit som ligger på vårdgivarwebben.
- Ta reda på vilka produkter som kommer att utgå ur sortimentet V44, och de produkter som kommer att finnas kvar i sortimentet i dubbla utförande, Luerfattning och NRFitkoppling.
- Vid beställning av extemporeläkemedel säkerställ att önskad koppling framgår vid beställning. Det ska tydligt framgå vilken koppling ni önskar.
- Planera beställning av NRFitprodukter och utfasningen av sortiment som kommer utgå.
- Produkterna beställs via Marknadsplatsen, samtliga produkter som tillhör NRFit-standard kan sökas upp med hjälp av prefix "NRFit".
- Ni som har hjälp av Steriltekniska enheten ska meddela dem vilka produkter som ni vill ha in i ert sortiment.
- Patienter med långa vårdtider kommer ha Luer-kopplingar parallellt med nya standarden – ha en plan!
- Se över regionala och lokala riktlinjer i Vida. Om ni har riktlinjer som framöver behöver inkludera NRFit-kopplade produkter.
- Om ni tar emot en patient som har neroaxialkoppling (ex EDA) från annan region som redan inför NRFit. Be dem skicka med material! (detta gäller innan 21/10)
- Vid behov gör lokala riskbedömningar över vad bytet kan innebära
- Gör reservrutiner! – ha lite reservmaterial kvar av Luer (dock inte tillgängligt så det kan förväxlas).